

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2015/2016

14711020 - DESTI AULIYA LESTARI

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin	Hati-hati ada sisa spesimen di mikropipet..
Injeksi Intravena	vacutainer buat apa? sebaiknya memasang torniquet dan mendesinfeksi stlh obat disiapkan (pasien jadi tidak nyaman), tidak mendesinfeksi vial obat, tidak langsung menekan tempat injeksi karena tidak siap kapas kering,
Komunikasi	sudah baik.
Pemasangan Infus	mengambil kateter IV, infus set dll pake pinset, tidak cek darah mengalir/tidak, tidak mengecek aliran infus mengalir atau tidak, mendorong kateter dengan mandrin yg tidak ditarik sedikit shg ekstrasvasasi, fiksasi hanya kateter selang tidak
Pengecatan Gram	menambahkan nacl pada spesimen cair
Pungsi Vena	pemasangan torniquet tdk menyampaikan lamanya pemasangan. memperbesar vena namun tdk melaporkan ke evaluator. perhatikan lagi cara pungsi dgn vacutainer. tabung vacutainer didorong ke holder setelah jarum masuk ke vena. jadi tdk didorong dr awal ya. penusukan lebih dari 3 kali namun belum berhasil mengambil darah. blm menuliskan label identitas. belum homogenisasi.
Reflek Patologis	
Sediaan Apus	belum mengucapkan basmalah/ homogenisasi kurang sempurna/ putaran saat pembuatan apusan darah tebal terlalu banyak/ apusan darah tipis bagian ekor tidak sempurna/ tidak menyebutkan saat pengeringan harus pada suhu ruangan