

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2015/2016

14711124 - ARISTIA DAMIATRY RENUAT

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin	persiapan alat dan bahan kurang lengkap
Injeksi Intravena	persiapan alat sebaiknya disebutkan jd ga ada yang ketinggalan, cuci tangan whonya di benerin, membuang sisa udara sebaiknya setelah mengganti jarum, pilih vena dulu baru pasang torniket, laporkan vena yang akan diinjeksi, pasang torniket 4 jari diatas tempat injeksi jgn terlalu dekat, desinfeksi tunggu kering kalau mau simulasi waktu sampaikan, saat menusukkan jarum tangan kiri meregangkan kulitnya disamping kanan kiri tempat injeksi yg telah didesinfeksi, plester tempat injeksi
Komunikasi	sambung rasa sudah dilakukan dengan baik, saat mengumpulkan informasi sudah sistematis, hal2 yang memperberat penyakit belum ditanyakan, ax sistem sudah ditanyakan dan cukup detail
Pemasangan Infus	roller clamp tidak dipindah kedekat drip chamber, sterilitas ujung selang infus tidak terjaga, fiksasi hanya di kateter tidak memfiksasi selang, hitung tetesan salah
Pengecatan Zn	ada alat yg belum disiapkan
Pungsi Vena	bila gagal, lepas torniquet dulu. lakukan prosedur dr awal. hati2 ya, kalau jarum tdk digunakan, ditutup dulu. memperbesar vena, namun tdk menunjukkan ke evaluator. tdk melakukan homogenisasi.
Reflek Patologis	semuanya sudah bagus, hanya saja belum cuci tangan sebelum melakukan tindakan.. hanya sesudah tindakan
Sediaan Apus	belum membaca basmalah/