

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2015/2016

14711164 - TRININGSIH

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin	kalau ada gelembung2 & susah dihilangkan, sebaiknya pipet dibilas dulu.. hasil pengukuran terlalu tinggi..
Fungsi Vena	Secara umum sudah baik. tidak melaporkan lagi vena yang akan diambil setelah melakukan usaha pembesaran vena. Saat memasukkan darah ketabung jangan disemprotkan..tapi pelan-pelan ya.
Injeksi Intravena	sprit pengganti mengambil dari spuit yang lainnya, seharusnya dari sediaan jarum saja ya tri.
Komunikasi	
Pemasangan Infus	cuci tangan whonya dipakai ya, pilih infus set makro bukan transfusi set, hitung tetesannya jadinya pakai transfusi, atur tetesannya
Pengecatan Gram - Zn	ada alat yg kurang disiapkan
Reflek Patologis	di instruksi tidak diceritakan ada pengantar pasien namun mahasiswa berpura-pura ada pengantar-->hendaknya melakukan sesuai perintah. hofman saja (mencolek) trommer tidak melakukan, dan hanya melakukan pada sisi kanan saja, namun melakukan 6 pemeriksaan lain dengan benar. px GCS benar.
Sediaan Apus	menyebutkan alat kurang lengkap (darah EDTA, pengaduk, kaca objek, kaca pemulas, pensil kaca/spidol permanen, rak pengecatan/rak pengeringan, cat wright, larutan penyangga, penjepit, label identitas, sarung tangan). homogenisasi dulu darahnya sebelum diteteskan.