

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711071 - AJENG TRI HARDINI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	pengenceran terlalu banyak warna dibandingkan dengan komparator tll muda sehingga pembacaannya pun salah.
DARAH RUTIN (HMT)	tidakmemastikn apakah alat yang digunakan telah benar2 bersih atau tidak. berapa lama diputar dalam sntrifuse?
INJEKSI INTRAVENA	lupa melakukan aspirasi saat akan menyuntikkan obat
KOMUNIKASI	tidak menanyakan anamnesis sistem secara lengkap, tidak menggali apakah mengganggu aktivitas, tidak menggali tipe, kurang memberi kesempatan dengan pertanyaan terbuka yang baik
PEMASANGAN INFUS	minta pasien memperbesar vena. desinfeksi tunggu sampai kering (simulasi dan diucapkan). setelah dapat akses vena, dan setelah memasukkan kanul plastik sampai pangkal, tekan agar darah tidak banyak keluar baru sambung dengan infus set.
PENGECATAN GRAM/ZN	pakai penjepit kayu ya utk memegang objek glass.. :)
PUNGSI VENA	lama pemasangan torniket disampaikan
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	tidak melakukan cuci tangan setelah pengecatan, saat melakukan mengecatan wright tidak perlu dicuci dahulu (langsung diberi buffer)