

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711072 - ANIF FIRRIZKI MUTTAQINA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	HCl lebih tanda 2. darah tepat tanda 20 dan sudah dimasukkan semua sampai bersih ke tabung pengencer. sdh diaduk tapi belum ditunggu 1-2 menit. terlalu encer, pembacaan kurang tepat
DARAH RUTIN (HMT)	sudah mempersiapkan alat tetapi belum mengecek kebersihan. pembacaan hematokrit kurang tepat
INJEKSI INTRAVENA	persiapan alat tidak lengkap, cuci tangan WHI tidak benar, memilih daerah injeksi tidak disebutkan lengkap (letak dimana, hindari daerah luka dan benjolan), tidak bilang ke pasien ketika akan menyuntikan (biar tidak kaget)
KOMUNIKASI	apik iki
PEMASANGAN INFUS	tourniquet harus segera dilepas saat darah mulai keluar. . waktu habis belum fiksasi.
PENGECATAN GRAM/ZN	ose tidak dibakar sampai memijar/ tidak menyemprotkan alkohol pada sarung tangan
PUNGSI VENA	tidak memilih vena, tidak memasang torniquet, tunggu kering setelah desinfeksi. berkali-kali nusuknya. tidak dapat darah
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	kalau pasien tdk sadar inform consent kekeluarga saja
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	Langkah yang lain sebetulnya sudah baik. tapi pengecatan wright dibaca lagi ya... apakah cat wright perlu dibilas dengan akuades sebelum diberi buffer? nanti apusannya tidak terbaca dek ...