

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711093 - NASTITI WIDYA IKHSANI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	tidak memastikan bersih alat, pengencueran buru-bur
DARAH RUTIN (HMT)	ok
INJEKSI INTRAVENA	persiapan alat tidak tersampaikan, pengambilan obat belum desinfeksi vial.pemilihan daerah injeksi tidak disampaikan lengkap, belum melakukan aspirasi.
KOMUNIKASI	sudaha baik untuk sambung rasa dan mmbuat pertanyaan, sudah baik menggali RPS, ya walaupun pasien merasa tidak ada, baiknya anamnesis istem tetap dinyakan
PEMASANGAN INFUS	tujuan pemasangan infusny tidak dijelaskan hanya cara dan resiko, sterilitas ujung selang infus tidak terjaga karena dibiarkan terbuka tanpa penutup setelah disambungkan dengan phlabot infus ini ON ya, katheter didorong masuk ke vena tanpa menarik sedikit jarum/mandrin sehingga kedua dinding vena tertembus jarum (hipo), kateter tidak didorong sampai pangkal, penyambungan kateter dengan infus tidak dg penekanan vena sehingga darah mengucur keluar, fiksasi kurang rapi dan habis waktu, perhitngan tetes/menit salah.
PENGECATAN GRAM/ZN	Sudah bagus, hanya saja harus lebih efektif dalam memanfaatkan waktu, belum memiringkan preparat saat pengeringan sesudah pengecatan
PUNGSI VENA	perhatikan lg bagaimana cara pemasangan turniket, jarak turniket dengan tempat pungsi, lama pemasangan dll , lupa melakukan desinfeksi, tidak melepas turniket segera setelah darah mengalir
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	penilaian gcs: respon E salah, respon V salah, respon M salah,
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	preparat jatuh ke bak pencucian, sehingga yang lainnya hanya lisan, tidak melakukan homogenisasi, giemsa 30 menit