

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711108 - FARHAH LYA ZULFA

| STATION | FEEDBACK |
|---|---|
| DARAH RUTIN (HB) | dak memastikan alat sdh bersih atau tidak, tidak menyebutkan basmallah. tidak meletakkan di sentrifuse, cara membaca salah (30? harusnya 42) |
| DARAH RUTIN (HMT) | tidak memastikan alat sdh bersih atau tidak, tidak menyebutkan basmallah |
| INJEKSI INTRAVENA | |
| KOMUNIKASI | sambung rasa kurang : sebaiknya menyebutkan nama pasien,, anamnesis terburu2 padahal waktu sisa banyak, RPS belum menggali perjalanan penyakit, hal yang memperburuk?efeknya ke aktivitas?anamnesis sistem hanya 1-2 (demam menggigil?) ,,gak usah buru2 ya,,,dibuat lebih sistimatis |
| PEMASANGAN INFUS | tekan bagian pangkal dari kanul plastik setelah dapat akses vena agar darah ga muncrat. |
| PENGECATAN GRAM/ZN | tidak menuliskan identitas di objek glas, tidak mensterikan ose hingga seluruh besi memijar (hanya ujung ose saja yang memijar), zn A tidak benar-benar menguap, |
| PUNGSI VENA | LAMA PEMASANGAN TORNIKET BLM DISAMPAIKAN, TDK MELAPORKAN VENA YG AKAN DIPUNGSI, DESINFEKSI TDK DBIARKAN SP KERING(SIMULASI), TDK MEULIS IDENTITAS PD LABEL |
| REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS | pemeriksaan reflek patologis sudah baik, hanya teknik pemeriksaan hoffman dan tromner kurang tepat. openheim sebaiknya tidak dilakukan diatas kain. cuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah pemeriksaan. pemeriksaan gcs motorik kurang tepat karena hanya menggunakan rangsang suara saja. |
| SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA | hanya menyebutkan homogenisasi namun tidak melakukan homogenisasi, tidak mengeringkan dalam posisi miring, kurang sistematis sehingga hampir lupa menuliskan label |