

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711117 - ADITYO SURYO WASISTO

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	sudah mempersiapkan alat dan cek bersih atau tidak. Hcl tepat tanda 2. darah awalnya kelebihan, lalu dikurangi kemudian menjadi kurang dari tanda 20. sudah diaduk, sudah ditunggu 2 menit. tetapi tabung mikro masih ada sisa darah
DARAH RUTIN (HMT)	sudah mempersiapkan alat dan mengecek bersih atau tidak. prosedur dan pembacaan oke
INJEKSI INTRAVENA	area yang dipilih bagian gluteus tidak benar, urutan cuci tangan WHO tidak tepat, tidak bilang ke pasien ketika akan menyuntik (biar pasien tidak kaget)
KOMUNIKASI	Tidak sistematis ya dit, udah selesai closing tanya lagi yg memperberat dan memperingan..
PEMASANGAN INFUS	jarum kalau sudah masuk vena kateternya didorong masuk tapi jarum jangan dimasukkan full.
PENGECATAN GRAM/ZN	persiapan alat dan bahan di awal kurang / tidak memakai masker/ untuk spesimen padat ditambahkan nacl ya/ tidak memiringkan preparat dan menyemprotkan sarung tangan dengan alkohol
PUNGSI VENA	tidak memperbesar vena dan memastikan vena yg akan dipungsi. tunggu kering setelah desinfeksi. fiksasi holder setelah nusuk jangan dibiarkan jarum dan holdernya. lepas tourniquet segera setelah darah mengalir.
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	sdh ckp baik
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	Homogenisasi darah dulu ya.. Pembuatan apusan sebaiknya didorong, bukan "ditarik", supaya hasil lebih baik. Label dengan kertas sebaiknya setelah pengecatan selesai. kalau label kertas kena cat tulisannya tidak terbaca. Kalau sebelum pengecatan pemberian label bisa dengan spidol permanen atau dengan pensil/ujung kaca di bagian kepala apusan darah.