

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711170 - MAHARANI PUSPITA DEWI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	sudah mempersiapkan alat dengan lengkap, sudah memastikan dalam kondisi bersih dan kering. sudah memasukkan HCl dan mengահakan tepat pada tanda 2--> masukkan sedikit2 agar tidak kelebihan sehingga bingung mengurangnya. cara mengelap berisi darah harusnya dalam posisi mendatar agar darah tidak turun lagi sehingga jumlahnya tidak tepat 20 mikro. warna sudah sama, pembacaan benar
DARAH RUTIN (HMT)	pembacaan keliru
INJEKSI INTRAVENA	cuci tangan who tidak urut, persiapan alat kurang, aspirasi dulu ya sebelum injeksi
KOMUNIKASI	IDENTITAS DIGALI LENGKAP YA TERMASUK ST MENIKAH. ETIOLOGI/FC RESIKO SEBAIKNYA DIGALI DLM ANAMNESIS. AX XIXT LBH LENGKAP LG DAN INGAT RELEVANSINYA DG DD
PEMASANGAN INFUS	tidak cuci tangan setelah tindakan.
PENGECATAN GRAM/ZN	Belum mengucapkan bismillah, alat yang disiapkan kurang lengkap, sudah mengambil spesimen tapi NaCl/formalin lupa sehingga agak bingung mengambil formalin, spesimen terlalu banyak berisiko hasil jelek, pengecatan setelah cat gram A tidak di rak. Tidak disampaikan di suhu manapengeringannya
PUNGSI VENA	persiapan alat kurang, tidak memberikan label pada spesimen
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	baik
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	Persiapkan alat dulu yang lengkap.. Homogenisasi darah dulu ya supaya sebaran selnya baik dan tidak miss interpretasi. Label dengan kertas sebaiknya setelah pengecatan selesai. kalau label kertas kena cat tulisan tidak terbaca. Kalau sebelum pengecatan pemberian label bisa dengan spidol permanen atau dengan pensil kaca di bagian kepala apusan darah.