

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2016/2017

15711225 - FARAH AMALIA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (HB)	tidak basmallah, tidak memastikan alat bersih, memasukkan HCl bukan diangka 3 ??? harusnya khan 2 dek (bilanganya sih 2 tapi faktanya itu 3 dek....lebih teliti baca skalanya), pengenceran masih kurang, sehingga pembacaan Hb juga salah
DARAH RUTIN (HMT)	tidak basmallah tidak cuci tangan, baca HMT nilainya salah
INJEKSI INTRAVENA	persiapan alat belum disampaikan lengkap. sisa udara di spuit pengganti belum dibuang, pemilihan area injeksi tidak dijelaskan
KOMUNIKASI	sambung rasa sudah baik, namun masik terlihat ragu-ragu dna kurang pervaya diri, penggalian RPS sudah baik, namun penggalian anamnesis sitem kurang lengkap, baiknya amati gerak pasien juga dan beri respon, wah ini gatal sekali ya.. nati ya kami beri obat.., oh ya baiknya pertama gunakan pertanyaak terbuka dan dorong pasien untuk bercerita.
PEMASANGAN INFUS	roller clamp tidak dikunci dulu, drip chamber diisi setelah roller clamp dibuka, selang infus jangan diletakkan di bengkok walaupun dalam posisi tertutup, lokasi penusukan tidak tepat darah tidak keluar, infus tidak mengalir, baru fiksasi sudah kehabisan waktu,
PENGECATAN GRAM/ZN	Tampak bingung dan terburu-buru, proses pengerjaan tidak sistematis dan banyak langkah yang terlewati
PUNGSI VENA	klo pke spuit masukin darhnya ke botol ya, bukan ke vacutainer, jg tdk disemprotkan. jarum spuitnya td sudah kena bengkok, trus dicblo ke vacutainer, jdnya udh terkontaminasi
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	tangan ps tidak bebas saat px hofman tromer,
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT - GIEMSA	meneteskan metanol tidak di rak pengecatan, giemsa 30 menit