

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 KERAMPILAN MEDIK TA 2016/2017

15711019 - ? IBRAHIM DIO SETYA PUTRA

STATION	FEEDBACK
GRAM/ZN	setelah pengecatan zn a tdk diairi air dahulu sebelum diberi zn b, pengeringan preparat tidak dilakukan di suhu ruang (ruang ujian suhunya dingin)
HB	yang diminta adalah mempersiapkan alat dik, bukan menyebutkan nama alat yang dibutuhkan. perhatikan cara menambah atau mengurangi volume sebaiknya dengan menggunakan pipet sehingga tidak ada cairan yang melekat didinding tabung (ini akan membuat bias volume karena akan menambah jumlah volume akhir). kok bisa Hb nya 22 lebih dik itupun masih lebih gelap dibandingkan komparator ?? (lah wong kamu terbalik pakai pipetnya je, jd jumlah volume yang dimasukkan jadi banyak sekali!) handscoonnya sobek mengapa tidak ganti?
HMT	yang diminta adalah mempersiapkan alat dik, bukan menyebutkan nama alat yang dibutuhkan. handscoonnya sobek mengapa tidak ganti? membaca hematokrt salah! menggunakan tabung hematokritnya salah (yang harusnya merah itu dibagian bawah dik bukan dibagian atas)
PUNGSU VENA	menusuk lebih dari 1x.
REFLEKS PATOLOGIS	
WRIGHT/GIEMSA	apusan tidak sempurna, pemberian identitas hanya di awal