

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 KERAMPILAN MEDIK TA 2016/2017

15711054 - ? FAUZIA SYIFA IMTIHANI

STATION	FEEDBACK
HB	secara umum sudah baik, namun tadi sebaiknya alat tidak hanya disebutkan tapi juga harus disiapkan dan dipastikan bersih, cara cuci tangan belum sesuai WHO, darah belum semua keluar dari mikropipet, untuk menarik dan menekan dilakukan dengan menaruh mikropipet hingga ujung/ dasar, dinding miropipet belum dibersihkan sehingga bisa menambah volume darah. Kurang cepat dikit, berlatih lagi ya
PEMASANGAN INFUS	informed consent ok. persiapan alat oke. turniket kurang kencang de. persiapan botol dan selangnya terlalu lama. lebih cekatan y de. lakukan saja tinkannya tidak semua harus disampaikan. lebih cekatan y de.