

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 KERAMPILAN MEDIK TA 2016/2017

15711077 - ? RAIH VIGURUH HERMARWAN

STATION	FEEDBACK
GRAM/ZN	cat zn A dipanaskan tidak sampai menguap; tidak menyebutkan waktu pengeringan
HB	secara umum sudah baik, namun tadi coba alat jangan cuma disebutkan, tapi juga harus disiapkan dulu, terlalu banyak menambahkan aquades,
INJEKSI INTRAVENA	tidak menyebutkan daerah yang dihidari untuk disuntik mempersiapkan alat < 10 jenis.
WRIGHT/GIEMSA	hanya membuat identitas sebelum