

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 KERAMPILAN MEDIK TA 2016/2017**

15711085 - ? RISANG NUR WIGUNA

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
HMT	tidak memastikan apakah alat bersi atau tdak. cara memasang di sentrifuse salah karena harusnya ujung yang ada semennya menghadap ke bagian luar. salah membaca hmt (harusnya 42 dibaca 45%)
KOMUNIKASI	sambung rasa okei, masih agak canggung, insyaALLAH setelah lebih banyak berhadapan dg pasien bs lebih baik yaa, dek.. penggunaan pertanyaan terbuka dan cross check harus dilatih lg yaa...keluhan utama kurang tergali yaa...anamnesis sistem ckp ok, namun msh krg lengkap, anamnesis krg sistematik yaa, setelah sedikit menggali keluhan utama, loncat ke anamnesis sistem-rpd-rpk, baru balik sedikit ke keluhan utama. banyak latihan yaa... bisa laihan dg temannya.
PEMASANGAN INFUS	informed consent ok. ritme kerja bisa dipercepat. lakukan saja tindakannya tdk semua harus dilaporkan. sampaikan dg bahasa pasien. bagian yg telah didisinfeksi dipegang lagi de? ada kassa dekat lokasi yg akan ditusuk malah mempersulit penusukan.. kanul tersentuh kassa juga.. jadi tdk steril. pelajari lagi teknik memasang kanul intravenanya.. kok tampak masing bingung sekali y de.
PUNGSU VENA	tdk memberi label
WRIGHT/GIEMSA	