

**FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018**

16711042 - ? TRI SURYA NINGSIH

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
DARAH RUTIN HB	Belum membaca basmalah. Belum memastikan alat dalam keadaan bersih.
DARAH RUTIN HMT	belum membaca basmalah. interpretasi hasilnya kurang tepat.
INJEKSI INTRAVENA	kesulitan lepas jarumnya, overall baik
KOMUNIKASI	Sapalah pasien dengan sesekali menyebut namanya. Penggalan informasi kurang sistematis dan beberapa kali menanyakan hal yang sebetulnya sudah dijawab oleh pasien. Anamnesis sistem kurang lengkap.
PEMASANGAN INFUS	3-way harusnya dikunci dl biar ga ngucur saat dihub. lakukan salah satu cara mebesarkan vena, 3x gagal pasang, jika sudah terlanjur full keluar jangan dimasukkan lagi...resiko rusak aboketnya klo ga putus lho...bahaya...jika gagal oindah tempat ganti abuquet ya, akhirnya habis waktu belum berhasil, perhatikan sterilitas ya
PEMASANGAN INFUS	3-way harusnya dikunci dl biar ga ngucur saat dihub. lakukan salah satu cara mebesarkan vena, 3x gagal pasang, jika sudah terlanjur full keluar jangan dimasukkan lagi...resiko rusak aboketnya klo ga putus lho...bahaya...jika gagal oindah tempat ganti abuquet ya, akhirnya habis waktu belum berhasil, perhatikan sterilitas ya
PENGECATAN ZN	ZN: persiapan alat pastikan sudah lengkap dan tidak bingung di mana letaknya. fiksasi...tunggu kering dulu baru dilewatkan di atas api. proses akhir, cuci tangan saat masih menggunakan handscoon dgn alkohol baru dilepas.
PUNGSU VENA	persiapan vakutainernya tidak lengkap, hanya tabungnya saja yg disiapkan. holder dan jarum tdk disebutkan dalam persiapan alat. Tidak menyebutkan waktu maksimal pemasangan tornikueta. tidak melepas tornikueta segera setelah darah keluar. darah yang didapat cuma sedikit (karena tidak menahan tabung vakutaener dnegan tangan, jadi tabungnya longgar), tidak memberi label identitas (resiko hasil lab bisa tertukar).
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	gcs salah: nila E NOL, V mengerang 1, motorik fleksi: 2,
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	Sediaan tipis seharusnya ditetesi methanol dulu baru dikeringkan. Sediaan tebal, larutan penyangga seharusnya tdk disiram dulu dgn aquades