

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711078 - ? SATRIA BINTANG MAHATHMA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	saat persiapan alat kurang lengkap dan tidk memperhatikan kebersihan alat; pengerjaan belum selesai, waktu sudah habis; next time lebih perhatikan managemen waktu ya
DARAH RUTIN HMT	step pengerjaan sudah sangat baik, hanya saja saat mempersiapkan alat tidak memeriksa kebersihan alat;
INJEKSI INTRAVENA	Persiapan alat kurang lengkap ya. Setelah memilih jarum kencangkan dulu jarumnya. Saat menusukkan jarum, gunakan jari tangan kiri untuk meregang kulit.
KOMUNIKASI	sbnarnya materi pertanyaan sudah lengkap detil dan runut tapi terasa investigatif banget, mgk perlu dinaturalkan, dan kurangi pertanyaan tertutup yg jawabannya ya/tidak.
PEMASANGAN INFUS	menghitung jumlah tetesan masih salah
PENGECATAN GRAM	saat fiksasi diatas bunsen digerakkan depan belakang. tidak cuci tangan pasca pengecatan
PUNGSI VENA	kesulitan menggunakan vacutainer.
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	sediaan tebal terlalu kecil diemeternya karena tetesan darah terallalu sedikit, Setelah di beri cat giemsa sediaanperlu di beri aquades dan di letakkan di rak pengeringan