

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711091 - ? NABILA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	Cara cuci tangan WHO nya diperbaiki lagi ya. saat menambahkan akuades, harusnya dilakukan dengan posisi tabung berada di dalam komparator agar bisa langsung dibandingkan.
DARAH RUTIN HMT	pemeriksaan hematokrit belum memastikan alat dalam kondisi bersih.
INJEKSI INTRAVENA	cara menutup jarum spuit teknik harus lebih safety lagi utk dokter, agar tidak tertusuk
KOMUNIKASI	Sapalah pasien dengan sesekali menyebut namanya. Untuk anamnesis sistem masih kurang lengkap dan belum ditanyakan secara sistematis.
PEMASANGAN INFUS	cuci tangan setelah pxnya dilakuakn tapi sudah habis, hanya sempat menghitung tapia belum sempat mengatur tetesan
PEMASANGAN INFUS	cuci tangan setelah pxnya dilakuakn tapi sudah habis, hanya sempat menghitung tapia belum sempat mengatur tetesan
PENGECATAN ZN	ok
PUNGSI VENA	memasang label kurang lengkap. tanggal dan jam tidak ditulis. selebihnya oke
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	Setelah digenangi metanol/buffer seharusnya tdk dibilas aquades dulu. Suhu pengeringan?