

**FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018**

16711102 - RAMA CAKRANEGARA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	tidak persiapan alat dengan lengkap dan memastikan bersih, cara memasukkan spesimen harus lebih tuntas ya tidak ada sisa, , meletakkan tabung dan membiarkannya ada nya hemolisis selama 1-2 menit ya
DARAH RUTIN HMT	tidak mengucapkan basmallah
INJEKSI INTRAVENA	inform consent oke, hanya menyiapkan 5 alat, tidak memastikan jarum terpasang kencang, tidak melakukan palpasi apakah ada masa atau nyeri, hati2 dalam membuang jarum bekas pakai
KOMUNIKASI	Penggalian informasi kurang sistematis dan anamnesis umum maupun sistem masih kurang lengkap.
PEMASANGAN INFUS	abuqet saat masuk pelan pelan jangan smp patah ya (jarum sebagian tecabut, dorong plastik dengan paksa akhirnya bengkok)setelah dihub dengan 3 way infus dialirkan ya smp ga ada gelembung bukan hanya ngisi tabung thox diawal (ini baru dikerjakan setelah abuqet sudah berhasil terpasang--> darah pasien ngucur dek-->) 2 menit setelah abudqet tersang baru bisa dihub dengan infus set klo sudah sambung periksa kelnacaran tetesan dan longgarkan, salah hitung tetesan ( 1 detik 20 tetesan????) harusnya 1 menit 20 tetes
PEMASANGAN INFUS	abuqet saat masuk pelan pelan jangan smp patah ya (jarum sebagian tecabut, dorong plastik dengan paksa akhirnya bengkok)setelah dihub dengan 3 way infus dialirkan ya smp ga ada gelembung bukan hanya ngisi tabung thox diawal (ini baru dikerjakan setelah abuqet sudah berhasil terpasang--> darah pasien ngucur dek-->) 2 menit setelah abudqet tersang baru bisa dihub dengan infus set klo sudah sambung periksa kelnacaran tetesan dan longgarkan, salah hitung tetesan ( 1 detik 20 tetesan????) harusnya 1 menit 20 tetes
PENGECATAN ZN	ZN:disiapkan semua alat dan bahan ya de... biar saat proses pengecatan ga nyari-nyari. preparat diameter dan caranya bulet-bulet... osenya betul2 ditunjukkan sampai memijar ya...tidak hanya sebelum tapi juga setelah dari pasir alkohol.
PUNGSI VENA	persiapan alat kurang (hanya menyiapkan 6 item dari 11 item). tidak menyebutkan waktu maksimal pemasangan tornikuet dan jarak berapa jari dari mediana cubiti. tidak menyebutkan syarat vena yang dipilih dan tidak menunjukkan ke evaluator. posisi ibu jari dan telunjuk tangan kiri saat pungsi vena tidak tepat. tidak melakukan upaya memperlebar vena. tidak melakukan homogenisasi darah di tabung edta dengan membolak-balikkan tabung dan tidak memberi label identitas (resiko hasil lab bisa tertukar).
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	suhu pengeringan?? Lainnya sudah oke