

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711141 - ALIZA AYU PUSPITA SHOLAWATI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	masih ada sisa darah dalam pipet, sebaiknya sebelum memasukkan darah dalam hcl, bagian luar pipet dibersihkan. kemudian pipet diletakkan dalam tabung yang berisi hcl, ditunggu hcl, darah akan larut dengan sendirinya.
DARAH RUTIN HMT	keseluruhan baik.
INJEKSI INTRAVENA	persiapan alat kurang lengkap, belum memeriksa kekencangan jarum, belum melakukan palpasi pada daerah injeksi (apakah ada edema, massa atau nyeri tekan), blm memeriksa apakah ada jaringan parut yg hrs dihindari, setelah desinfeksi langsung dilakukan tindakan (tdk menunggu alkohol kering dulu), belum meregangkan daerah yang akan diinjeksi
KOMUNIKASI	
PEMASANGAN INFUS	Lakukan perbesaran vena ya. Latih lagi insersi kateternya. Perhatikan area steril abocath ya.
PENGECATAN ZN	Proses pengecatan sudah sangat baik, hanya saja kurang menyebutkan Hamdallah setelah pengerjaan
PUNGSI VENA	jika gagal, buka tornikuet dulu, laporkan vena yg diinjeksi, teknik injeksi sudut terlalu mendatar sehingga > 3 x blm dapat --> sangat tdk nyaman ke pasien dan tabung juga sampai habis 4...setelah disinfeksi juga jgn ditekan2 lagi dengan tangan ya...disinfeksi simulasi tunggu kering ya,,
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	verbal 5 itu bicara orientasi baik looh, ini 4 bicara bingung,
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	persiapan alat dan bahan sudah baik, pemberian label nama dll diberikan setelah pengecatan ya, pada awal nya dengan hanya kode identitas, tidak melakukan homogenisasi,