

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711144 - ? YUDHA PRASETYO UTOMO

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	waktunya kurang ya, belum sempat membaca hasil.
DARAH RUTIN HMT	sudah baik, kurang memastikan alat bersih atau belum.
INJEKSI INTRAVENA	memperhatikan kenyamanan pasien, baik
KOMUNIKASI	Penggalian informasi kurang sistematis.
PEMASANGAN INFUS	IC tidak menjelaskan resiko, tidak cuci tangan, tidak menyambungkan infus set dengan 3-way, fiksasi dilakukan tanpa kasa, salah hitung tetesan pakenya infus set makro 1 cc: 20 tts tapi masukin rumusnya 15 jadinya salah hitung tetesan
PEMASANGAN INFUS	IC tidak menjelaskan resiko, tidak cuci tangan, tidak menyambungkan infus set dengan 3-way, fiksasi dilakukan tanpa kasa, salah hitung tetesan pakenya infus set makro 1 cc: 20 tts tapi masukin rumusnya 15 jadinya salah hitung tetesan
PENGECATAN ZN	Gram: spesimen.... ose diteetskan dulu baru spesimen de. terus fiksasi dulu ya. habis tu bunsen matikan segera setelah tidak dipakai. pengecatan sebenarnya sudah ok. cuci tangan saat masih menggunakan handscoon dikasih alkohol terlebih dahulu, dibuka baru cuci tangan WHO.
PUNGSI VENA	pungsi vena kok pakai kateter?? (vakutaener mungkin yang dimaksud?). Persiapan alat masih kurang (hanya menyebutkan 7 item dari 11 item). tidak melakukan tindakan memperlebar vena. tidak menunjukkan ke evaluator vena apa yang di pilih. tidak menyampaikan ke evaluator berapa lama pemasangan tourniquet. homogenisasi tidak dikocok kuat ya dek (nanti sel darahnya rusak) tetapi dengan membolak-balikkan tabung 5-10x. tidak memberi label identitas (hasil lab bisa ketuker loh).
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	Sudah lengkap, hanya darah EDTA belum dihomogenisasi