

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711162 - ? RIYANDRA ADE RUSDIANTO

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	belum memastikan alat dalam keadaan bersih. Tidak menyebutkan menunggu 1-2 menit agar darah lisis.
DARAH RUTIN HMT	belum memastikan alat dalam keadaan bersih, blm membaca basmalah. lain2 sudah baik.
INJEKSI INTRAVENA	bagus, legeartsi
KOMUNIKASI	Gunakan istilah awam (misal sering gemetar untuk menggantikan tremor). Pengumpulan informasi masih kurang sistematis.
PEMASANGAN INFUS	kunci dulu sebelum dihub
PEMASANGAN INFUS	kunci dulu sebelum dihub
PENGECATAN ZN	Gram: jangan terlalu tebal membuat preparat.
PUNGSU VENA	persipan alat kurang lengkap, (hanya disiapkan 7 item dari 11 item), tidak menyebutkan waktu maksimal pemasangan tornikuet. posisi tangan kanan dan sudut saat pungsi vena masih tidak tepat. ketika darah tidak dapat dan meu menusuk di lokasi lain maka tornikuet dilepas dahulu. memasukkan darah ke tabung edta tidak di dindingnya tetapi peserta ujian dengan menyemprotkannya. tidak memberi label identitas (ressiko hasil lab bisa tertukar).
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN GIEMSA	sudah baik, runtut, dan rapi. Hanya darah EDTA blm dihomogenisasi dan terakhir blm diberi LABEL identitas