

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711131 - ? ISMI NUR AINI LATIFAH

STATION	FEEDBACK
PENGECATAN ZN	saat mempersiapkan alat kurang lengkap, cat Zn tidak disebutkan; cara membuat preparat kurang tepat, seharusnya dengan gerakan spiral dengan ukuran 2x3cm; preparat sudah menguap lama tapi masih dipanaskan, yg mau ditunggu rak pengecatannya panas atau preparat yg sudah menguap? proses penguapan terlalu lama; kalau caranya benar proses menguapkan preparat tidak lebih dari 10 detik sudah akan menguap; proses pengecatan tidak selesai; proses awal sudah sangat baik, tp karena proses pengecatan kurang tepat, jadi manajemen waktu kurang terlaksana dengan baik; penguji tidak boleh menjawab pertanyaan selama ujian, jd jangan terlalu banyak kontak dg penguji ya