

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711145 - ? ANNISA MUTHIAH AHMAD

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	larutan hcl terlalu banyak, pengenceran dengan aquades kurang tepat, dan salah membaca kadar hb
INJEKSI INTRAVENA	yang diomongin benar 90 derajat, tetapi yang dilakukan tidak 90 derajat. tidak melakukan inspeksi dan palpasi terlebih dahulu saat memilih lokasi.
PENGECATAN ZN	saat persiapan alat kurang lengkap, akan lebih baik semua alat yang dibutuhkan ikut disebutkan bukan hanya didekat-dekatkan; saat pembuatan preparat caranya sudah benar, namun diameter preparat terlalu kecil, ukuran seharusnya 2x3cm; saat memfiksasi hanya 3-5 detik, tp dilakukan terlalu lama dan jarak dengan api terlalu dekat, bakterinya rawan rusak kalau seperti ini; pengecatan hanya sampai ZN C, waktu habis sebelum dikeringkan da proses akhir; coba manageen waktunya lebih diperhatikan ya
PUNGSI VENA	Sudah ok, hy desinfeksi tunggu hingga kering ya
REFLEKS PATOLOGIS DAN GCS	ok