

## FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2017/2018

16711151 - ? SHINTA ARIYANI WISNUPUTRI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN HB	Hati-hati dengan adanya sisa HCl/cairan lain di dinding tabung, sebaiknya disedot dengan pipet karena bisa menambah volume saat nanti tercampur dengan darah & akuades. Perhatikan skala ukuran tabungnya dari atas ke bawah, tiap srip berapa nilainya?? hasil 11 g%? yang bener dek? kalau batasnya pada skala itu seharusnya 14g%...
DARAH RUTIN HMT	ok.
KOMUNIKASI	Berlatih untuk bertanya secara sistematis
PUNGSI VENA	jarum dan holder vacutainer yang sudah menancap di lengan pasien jangan dibiarkan sendiri, tetap dipegang.