

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 2 AGUSTUS 2018 TA 2017/2018

17711006 - AFIFAH RETNO ANGGRAENI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN KATETER	tidak meminta rileks. kok tangannya asal ambil saja pinset di meja steril...belum pakai handscoon. palpasi saja ga perlu pakai handscoon disposable. kalo sudah cuci tangan WHO, jangan memegang korentang lagi demi membuka sarung tangan. kunci spuit aquades belum disiapkan saat awal. setelah desinfeksi tidak pasang duk steril. saat pemasangan kateter, tangan kiri membantu membuka vulva, susah lho oue diliat kalo tangan kiri tidak membantu membuka vulva. selesai pemasangan tidak difiksasi dengan pelster, padahal plester sudah disiapkan.