

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 6 AGUSTUS 2018 TA 2017/2018

15711095 - SHAFIRA ALIFIANA ANDINI

STATION	FEEDBACK
IPM GENITOURINARIA	perhatikan ketika memasang kateter ya mbak, cairan apa yang menetes, aquabidest atau urin. setelah fiksasi / pengisian balon dengan air, urin bag nya jangan langsung dilepas digandulkan ya dek, mungkin anda tidak menyadari, namun pada kasus2 urin bag langsung terisi urin yang banyak kan kasihan pasiennya harus menahan urin bag hanya dengan tahanan fiksasi balon air di VU, jadi baiknya urin bag diletakkan di bed sementara belum kamu centelkan/gantungkan di tempatnya