

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711102 - MUTHIAH MARWATUL JANNAH

STATION	FEEDBACK
HEMATROKIT	Ckp bagus, tingkatkan
HEMOGLOBIN	Sbnrnya ckp bagus, tapi saat mengambil darah msh ada udara, darah ke atas, sdh memberi aquades baru ingat kalau blm mengaduk dan mendinginkan, disampaikan tp tdk bisa mengulang krn keterbatasan wkt
Injeksi Intravena	Desinfeksi, sudah ingat ya sekali usap dan tunggu sampai kering. injeksi intrakutan.... tidak perlu dipasang torniket, tidak perlu aspirasi. edukasi paska injeksi apa de?
Komunikasi	Baik memperkenalkan diri. ku ok onset ok.. karakteristik demamnya bagaimana? pengobatan ok.. efek ok.. gangguan aktifitas oke.. ax sistem pusing batuk pilek mual. nafsu makan. BAB BAK. resume n konfirmasi ok.. catatan
Pemasangan Infus	pasang torniketnya terlalu lama, desinfeksi lebih baik memakai alkohol bukan betadin, kateter hanya sedikit masuk vena, setelah diulang malah nyoblosnya keablasan shg cairan ga masuk vena, tdk memperhatikan kenyamanan pasien.
Pengecatan Gram / ZN	tidak membebaskan objek glass dari lemak dengan melewati di atas api bunsen. sebelum mengambil sediaan padat, ose yang sudah buat ngambil formalin di sterilkan lagi ya.
Pungsi Vena	pasang vakutainer masih kelupaan ya, belum melakukan prosedur memperbesar vena, prosedur pengambilan tidak keluar darah.
Refleks Patologis dan GCS	interpretasi refleks babinski cs kurang tepat
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	alat dan bahan disebutkans emua ya, membersihkan obyek glas sekali usap ya, jangan diusek2. bila menguang prosedur pastikan langkah awal sdh benar (obyek glass tdk diberi label dengan pensil), mengulang s/d 5x, ekor preparat apusnya tdk terlalu baik. sebelum dicat dikeringkan dulu posisi miring, suhu kamar, jangan lsg dicat. neteskannya pelan2 ya, dihitung jumlah tetesannya, pegang obyek glas dengan penjepit ya, jangan pakai tangan.