

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711126 - MOHAMAD ALIF RAMADAN

STATION	FEEDBACK
HEMATROKIT	tidak memastikan alat dalam kondisi bersih, mencuci tangan hanya sebelum pemeriksaan, tidak menutup dengan semen (dilakukan tapi darah masih menetes) , lama waktu sentrifus tidak disebutkan
HEMOGLOBIN	tidak memastikan alat dalam kondisi bersih, mencuci tangan hanya sebelum pemeriksaan, tidak menunggu 1-2 menit,
Injeksi Intravena	kurang edukasi
Komunikasi	Masih tegang. Demam beberapa hari tdk digali kapan persisnya onset dimulai. Ax sistem KV, respirasi, integumen, muskuloskeletal blm digali.
Pemasangan Infus	prosedural sudah baik namun kehabisan waktu sebelum menyelesaikan pungsi dst
Pengecatan Gram / ZN	belum memakai masker.
Pungsi Vena	saat lepas jarum dikasih kapas kering dan plester ya, homogenisasi?tp salah juga ya kimia darah apakah dg EDTA tabungnya?tdk tulis identitas..lainnya sudah baik
Refleks Patologis dan GCS	belum memberikan tindakan lebih lanjut untuk dirujuk ke spesialis
SEDIAAN APUS TEBAL DAN TIPIS	belum menyebutkan dan menunjukkan kelengkapan alat dan bahan , belum menghomogenisasikan darah EDTA.