

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711163 - ALMAS MAULANA JAUHAR

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	Isi spesimen belum dihisap dan dicampurkan (hanya dikeluarkan saja dari mikropipet), hanya pengenceran belum sempurna belum sama dengan sekitarnya sehingga pembacaan Hb kurang tepat
Pemasangan Infus	tdk menyebutkan lama pemasangan torniquet. tdk melakukan memperbesar vena. tdk segera melepas torniquet. saat fiksasi sebaiknya tutup dulu dengan kassa steril ya.