FEEDBACK OSCE REMEDIASI 2 SEMESTER 3 TA 2018/2019

17711182 - REYNALDA AYU SALSABILA

STATION	FEEDBACK
Darah Rutin (Hb & HMT) dan hasilnya	mbak, pipetnya kebalik jd yang dimasukkan tdk tepat 20 ml, kebanyakan jdnya. shg hb yang dibaca kurang tepat
Pemasangan Infus	Fiksasinya diperhatikan lai yaa, kalau ada darah yg sempat keluar banyak, dibersihkan dlu biar plesternya bisa menempel dan kassa steril yg buat ditempelkan ke infus set nya ga basah banget diperhatikan lagi ya kebersihannya