

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 2 AGUSTUS 2019 TA 2018/2019

18711163 - SAFIRA ROSA DIVYAPUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	anda belum membersihkan area tubuh yang akan dipasang elektroda, sempat teringat tapi sudah di tengah pemeriksaan; belum membersihkan alat sadapan tangan dan kaki dengan alkohol sebelumnya; belum memberikan jelly pada sadapan tangan dan kaki; biar pasien tidak sakit
PEMASANGAN KATETER	ok sdh baik