

FEEDBACK OSCE KETERAMPILAN MEDIK SEMESTER 3 TA 2019/2020

18711043 - FARUQ MUHAMMAD SYUKRON

STATION	FEEDBACK
KOMUNIKASI	sudah cukup baik, setelah mengkonfirmasi pada bagian akhir dapat ditanyakan kembali apakah ada hal lain yang mau disampaikan oleh pasien
PEMASANGAN INFUS	belum melakukan cara memperbesar vena...buka dulu pengunci tetesan infus segera setelah terpasang sebelum fiksasi...fiksasi belum baik...belum sempat edukasi...
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	belum memastikan alat dalam keadaan bersih//memasukkan spesimen tanpa diusap tisu bagian luar dan pipet kurang bersih darahnya
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hmt)	tidak memastikan alat bersih//tidak mengatakan disentrifuse selama 5 menit//interpretasi Hmt benar
PEMERIKSAAN TINGKAT KESADARAN DAN REFLEKS PATOLOGI	sudah baik, inform consent kurang jelas, jika membingungkan pemeriksaan bsa diulang
PENGECATAN GRAM	Penyebutan alat blm lengkap, rak dan baskom blm disebutkan, pengambilan spesimen msh dg agarnya walau sdkt, sebenarnya tdk perlu pakai lidi ckp lgsg pakai osenya,
PUNGSI VENA (sput injeksi / vacutainer)	UTK px darah rutin harusnya pakai tabung yg ada EDTA nya. tdk melakukan usaha memperbesar vena. tabung vacutainer sudah penuh, tdk segera melepas jarum. ndadak mikir dulu mau ambil kapas kering.
SEDIAAN APUS DAN PENGECATAN WRIGHT	tidak memakai masker, sediaan apus kurang sempurna