

FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 3 TA 2019/2020

18711138 - FADILA NATASYA TAHIR

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN INFUS	cek aliran dulu baru fiksasi, lah ini malah tidak dialirkan dulu sampai hitung TPM (nanti ujung kateter bisa tersumbat gumpalan darah)
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	tidak mencampur spesimen dengan Hcl dengan menghisap dan mengeluarkan pakai mikropipet, tidak menambahkan aquadest secara perlahan sehingga terlalu banyak sehingga hasilnya lebih muda dari komparator, tidak memperhatikan prinsip hati-hati dan teliti, tidak rapi dan bersih