

**FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 1 TA 2019/2020**

19711057 - MUHAMMAD RAFI HABIBI

<b>STATION</b>	<b>FEEDBACK</b>
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS	nI tdk mengecek adanya sumbatan hidung, tdk menutup saah satu hidung untuk tiap pemeriksaan, nV motoris caranya salah, sensoris dan reflek kornea tdk dikerjaakn, nIX dan X tdk menanyakan adanya gangguan vonasi dan menelan, hanya simulasi reflek muntah, nXI tdk inspeksi kelainan dr posterior
PEMERIKSAAN REFLEKS FISILOGIS	kesepakatan kemarin? maksudnya gimana ? refleks bisep trisps belum muncul.. pencarian tendon biseps bgmn de? hasil nya sudah diamati? hasil positifnya bgmn? patella lokasi pemukiman belum sesuai. cuci tangan pasca pemeriksaan
PEMERIKSAAN RHINOSKOPI ANTERIOR, SINUS DAN TENGGOR	masang head lamp nya kebalok-jadi kyk cleopatra, pas periksa rongga mulut-harusnya pasien diminta tdk mengeluarkan lidah ya, kurang periksa mukosa bukal dan gigi-gusi
PEMERIKSAAN SEGMENT ANTERIOR	cara dan tujuan pemeriksaan belum dijelaskan,r, pemeriksaan palpebra belulengkap, kornea jernih belum dilaporkan, pemeriksaan kok cuma 1 mata
PEMERIKSAAN TELINGA	cara memegang otoskop tidak dapet, merangkai otoskop juga tidak tepat, itu bukan pasangannya ya dek. pasien ada kontraindikasi kok tetap dilanjutkan valsava toynbee? memasukkan otoskop langsung menilai membran timpani, CAE tidak dinilai? pasien diminta menelan, tapi yang dilakukan pasien malah meniup, tetapi Rafi tetap bisa menilai kalau membran timpani mencekung, jangan hanya hafalan ya dek. kalau periksa yang beneran, masa otoskop hanya masuk sedikit banget seperti itu bisa menilai macam2
PEMERIKSAAN VISUS	prinsip pinhole pada mata kanan sudah benar, namun alangkah baiknya tidak hanya 1 baris yg di cek namun bisa turun lagi, mata kiri tidak di pinhole, secara umum pemeriksaan sudah bisa dilakukan, namun terkait kemampuan komunikasi harus lebih diperbaiki, diperjelas dan jangan tampak ragu2 ya, harus percaya diri
TEKNIK ASEPTIK	saat inisial washing maupun scrubbing usahakan posisi tangan harus selalu di atas siku ya, aliran air lewat siku. gowning trelalu lama mencari lengan, resiko on. golving masih salah, tidak aseptik