FEEDBACK OSCE REMEDIASI 1 SEMESTER 5 TA 2019/2020

17711137 - FIRDAUSIA RAHMA PUTRI

STATION	FEEDBACK
AKDR/IMPLAN	ic kepada pasien beberapa menggunakan bahasa medis// arah pemasangan implan salah pangkal implan harusnya di dekat siku// setelah aspirasi tidak buang udara pada spuit// kasa bekas dept luka insisi jangan diletakkan di troli steril, termasuk spuit, trokar dan segala sesuatu yang kontak dengan pasien letakkan di tempat yang benar// edukasi baik//
Konseling KB	sudah baik dan lengkap
PPN	kurang melakukan desinfeksi vulva secara luas, kurang menyampaikan adakah indikasi episiotomi/tdk, posisi tangan kanan saat perasat ritgen kurang tepat, kurang mengajari cara meneran yg benar, kurang ngecek lilitan tali pusat