

## FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 3 TA 2020/2021

19711037 - AMANDA NABILAH

STATION	FEEDBACK
APUSAN DARAH WRIGHT & GIEMSA	jgn lupa berikan label yang lengkap
DARAH RUTIN (Hb)	Saat memasukkan sampel darah ke dalam tabung, masih ada sisa di mikropipetnya. Awalnya sudah bagus, tapi malah kedorong lagi yaa dek.
DARAH RUTIN (Hmt)	sudah oke
GCS	sudah oke
GRAM& Zn	Sudah baik dan runtut.
PEMASANGAN INFUS	Sudah baik
PUNGSU VENA	persiapan tdk menyebutkan tabung darah EDTA dan bengkok yg diperlukan, identifikasi ok, pasang torniquet ok, desinfektan ok, sudut tusukan ok, ta, lancar sekali tusuk , homogenisasi ok, post injeksi ok
TEHNIK INJEKSI INTRAMUSKULAR	persiapan :tdk menyebutkan jarum pengganti (tiba2 ingat ganti jarum setelah menarik obat), hampir lupa pakai sarung tangan, tidk desinfektan permukaan vial, posisi menyedot obat sudh tegak lurus, desinfeksi area ok, aspirasi ok,