

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711069 - NAFI ILHAMSYAH

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	ok, periksa 7 lanjut 12
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	px refleks patela sebaiknya posisi pemeriksa di samping pasien.
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah baik
PEMERIKSAAN VISUS	Sampaikan jarak pasien dan snelen ya, sebelum warna, dminta untuk melihat cahaya atau tidak dan arah ke mana..
TEKNIK ASEPTIK	ujungkorentng menyentuh wadah hanscon yang tidak steril, posisi tangan sempit lebih rendah dari siku saat menggosok, masih sempet meluntung saat gloving
THT	headlamp lupa make baru ditengah2 dan tidak dinyalakan, melihat canalis dg speculum dan otoskop, harusnya speculum telinga dulu liat dg headlamp, baru otoskop tp ini barengan. Menutup speculum hidung dari dalam cavum nasi, menggunakan spatel tongue arahnya terbalik.