

FEEDBACK OSCE MEDIK LURING SMT 1 TA 2020/2021

20711070 - RACHMATIA SHABRINA EKA DELLA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS-A	pastikan sudut tajam tumpul tegak lurus 90 derajat agar tidak bias
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah dilakukan dengan baik dan lengkap
PEMERIKSAAN SENSIBILITAS, KEKUATAN OTOT DAN REFLEK	sudah sesuai,
PEMERIKSAAN VISUS	penunjuk sering menutup haruf yang dimaksud, maka hati hati penempatan penunjuk. pemeriksaan optotype snellen perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan pinhole
TEKNIK ASEPTIK	sip. OK
THT	sering-sering latihan untuk menambah skill dalam pemakaian instrumen dan interpretasi pemeriksaan