

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 1.4 Semester Genap 20 TA 2021/2022

21711043 - AAN TRI LUTFI MUHAMMAD

STATION	FEEDBACK
Pemasangan EKG	informed consent baik, sdh cuci tangan sebelum pemasangan, sdh membersihkan elektroda. belum menginformasikan pasien jangan bergerak sebelum menyalakan ekg.. posisi V5 dan V6 terlalu ke arah anterior, kurang pas di linea axilaris. sudah membersihkan kulit pasien dan mempersilakan memakai pakaian. sudah membereskan dan merapikan alat
Pemeriksaan Thorax	auskultasi paru dan jangan pake sisi bell ya, jvp mestinya posisi pasien tdk berbaring datar ya, auskultasi proyeksi katub jantung dan septum jangan lupa
Pengecatan Gram/ZN	tujuan identifikasi? fiksasi dulu ya sebelum pengecatan