

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 1.4 Semester Genap 20 TA 2021/2022

21711129 - PUTRI AISYAH PRAMESTI WAHYUDINITA

STATION	FEEDBACK
Pemasangan EKG	informed consent jelaskan cara pemeriksaannya, meminta pasien melepas aksesoris berbahan logam, meminta pasien tidak banyak bergerak selama perekaman ekg
Pemeriksaan Thorax	"Teknik perkusi pengembangan baru kurang tepat. ditentukan dulu batas sonor-redup pertama, kemudian pasien tarik nafas dan ditentukan batas sonor-redup kedua, jaraknya dihitung, berapa nilai normalnya?
Pengecatan Gram/ZN	tujuan kurang lengkap, fiksasi dengan menmpel api, ose seun tidak memijar