

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 1.4 Semester Genap 20 TA 2021/2022

21711148 - IMADUL AQIL YUWONO

STATION	FEEDBACK
Pemasangan EKG	informed consent ok, persiapan alat ok, persiapan pasien ok, pemasangan dan pelepasan ok, hanya sempat menaruh elektroda elektroda di atas perut pasien. lain kali taruh di meja atau bed saja ya dek, agar pasien tetap nyaman. tapi keseluruhan ok.
Pemeriksaan Thorax	belum cek stetoskop. batas kanan jantung tidak tepat. untuk px JVP posisi kepala di naikkan ya
Pengecatan Gram/ZN	diawali sebutkan tujuan px dan persiapn alatnya apa saja ya, utk ZN tdk usah diberi nacl di objek glas ya, baca lagi,,pas ngecat salah bukan zn?hehe..konsentrasi lagi ya dik, akhirnya diulang tapi kehabisan waktu blm sampe pengecatan ya...konsentrasi imadul, lebih baik lagi ya, semangat