FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 1.4 Semester Genap 20 TA 2021/2022

21711155 - NURUL NADYA

STATION	FEEDBACK
Pemasangan EKG	dari informed consent sampai pemasangan baik, tapi V5 dan V6 kurang pas di lineanya. sdh menginfokan untuk pasien tdk bergerak. setelah selesai, pasien langsung diminta memakai pakaian, belum dibersihkan kulitnya. sdh membersihkan alat. belum cuci tangan setelah pemasangan
Pemeriksaan Thorax	Perhatikan arah perkusi dan auskultasi Thorax posterior dan anterior (sesuai alur), jangan lupa untuk mengatur putaran katup pada stetoskop, dan pemeriksaan apa yang memelukan stetoskop Bell/membran. Perhatikan perhitungan anatomi SIC dan makna dari pemeriksaan fisik (semisal auskultasi jantung, apa saja point yang dinilai?)
Pengecatan Gram/ZN	identitas ditulis di kertas label, identitas salah, api dimatikan lalu dinyalakan lagi, pencucian harus hati hati ya dik agar tidak merusak sediaan, tidak cuci tangan di akhir