

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 1.4 Semester Genap 20 TA 2021/2022

21711157 - JHENGHIS KHAN PTRESH PUTERA SANG TIMUR

STATION	FEEDBACK
Pemasangan EKG	sdh informed consent, persiapan alat dan pasien. ini nyambung kabel ke elektroda dulu, jadinya malah ruwet menurut saya. lama jadinya.pemasangan benar. sudah menginfokan ke pasien tdk bergerak. sdh membersihkan area kulit tapi belum membersihkan alat dan cuci tangan setelah pemasangan
Pemeriksaan Thorax	tidak cuci tangan di awal, tidak mengukur pengembangan paru
Pengecatan Gram/ZN	tidak cuci tangan di awal, tidak mempersiapkan alat, mengambil spesimen dengan lidik runcing, kaca objek tidak dibebaskan dari lemak, meneteskan cat A dipegang posisi miring sehingga langsung mengalir, tidak disaring , setelah dicuci, lalu ditunggu 10 menit, lalu cat b, dicuci dan ditunggu 1-3 menit, lanjut cat c