

## FEEDBACK OSCE 1.4 Angkatan 2021 TA 2021/2022

21711080 - ANNISA DYAH AYU

STATION	FEEDBACK
EKG	pastikan instrumen EKG terhubung stop kontak.
PENGECATAN GRAM ATAU ZN	belum menjelaskan tujuan pengecatan, belum mempersiapkan alat sama sekali, belum membersihkan kaca obyek dari lemak/kotoran, bunsen begitu dinyalakan biarkan sampai prosedur selesai, jadi tidak hidup-mati-hidupkan lagi, hati-hati saat membilas sediaan dengan air mengalir, jangan sampai spesimen ikut luruh, belum basmalah dan hamdalah
THORAX	Informed consent : oke. POSTERIOR : teknik perkusi diperbaiki lagi yaa mba posisi jarinya yg dipakai buat menumpu perkusi. tempatkan pada posisi sejajar dengan SIC yaa. utk prosedur sudah runtut. ANTERIOR : sudah baik. JVP : diingat baik2 yaa cara penentuan JVP.