

## FEEDBACK OSCE 1.4 Angkatan 2021 TA 2021/2022

21711139 - SIH AMALINDA NAFATIL FARIZA

STATION	FEEDBACK
EKG	hubungkan instrumen EKG ke stop kontak
PENGECATAN GRAM ATAU ZN	tidak menjelaskan tujuan tidak mempersiapkan alat tidak cuci tangan yg proper, prosedur awal msh kurg lgkap pengecatan cara menuang reagen dan membilas aduuh ilang smua itu mbak sampel nya, tipe anak yg tdk banyak omong dan tidak menjelaskan atau memberi narasi mgk ya, bagus sih kalo kerja di lab asal ssuai prosedurnya ya mbak.
THORAX	fremitus taktil posterior semestinya menghindari scapula, belakang itu tidak ada batas paru hepar, perkusi suaranya ga begitu keluar, palpasi katub2 itu normalnya teraba apa?, teknik perkusimu masih perlu dilatih., batas kanan masih terllau bawah masih timpani, kiri juga sama masih timpani. px jvp posisi pasien tdk berbaring datar lho ya, penggaris juga harus saling tegak lurus