

FEEDBACK OSCE 1.4 Angkatan 2021 TA 2021/2022

21711197 - MUHAMMAD RAIHAN BINTANG P

STATION	FEEDBACK
EKG	Hati-hati saat pemasangan lead precordial ya, lead c3 dan c4 terbalik, jangan lupa pasien dibersihkan setelah pemeriksaan, alat langsung dibersihkan
PENGECATAN GRAM ATAU ZN	belum menyiapkan/menyampaikan alat dan bahan yg digunakan, api dibiarkan ttp menyala saja, setelah ambil spesimen jangan lupa tutup lagi spesimen jangan dibiarkan terbuka ya tutupnya khan sampel infeksius dek, setelah slesai semuanya dibereskan ya mengingat infeksius
THORAX	inform concent: tidak ada konfirmasi identitas pasienn, penjelasan dan penggunaan alat periksa. tidak menyiapkan atau mengetes alat. posterior: inspeksi:ok, palpasi: jangan cuman make ujung jari-jari ngak akan ketemu kelainan nanti malah pasiennya geli. Anterior: inspeksi: cukup: palpasi: orientasi: yang mantep ya jangan cuman make ujung jari gak dapat apa-apa dan geli pasiennya. fremitus taktil: cukup. pengembangan paru: sebaiknya dilakukan selebar luas permukaan paru. IC :ok. palpasi katub-katub: ok . Perkusi: orintasi: ok. batas hepar paru: batas pengembangan paru tidak jadi dilakukan. batas jantung bawah di mana? ini tu mana? batas jantung atas: belajar lagi ya batas-batas SIC, batas pingging jantung tu apa? Auskultasi: IC : ok, yang di periksa jantung tapi interpretasinya suara jantung vesikuler? (baca lagi ya dek). Paru: ok. JVP: head up 30' ya dek ukurnya dari JV tarik ke sternum bukan sebaliknya.