

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 1.5 TA 2021/2022

21711140 - NISWAH MUTHIAH

STATION	FEEDBACK
STATION ABDOMEN - 5 (OSCE TIMUR)	periksaan status generalis belum diperiksa. inspeksi bagian suprapubik belum dilakukan. inspeksi bagian kostovertebra terlewat untuk diperiksa.
STATION ANTROPOMETRI - 5 (OSCE TIMUR)	pastikan ya alat2 dalam kondisi nol sebelum digunakan.
STATION ANTROPOMETRI - 5 (OSCE TIMUR)	pastikan ya alat2 dalam kondisi nol sebelum digunakan.
STATION KATETER - 6 (OSCE BARAT)	"pemilihan sarung tangan jangan terlalu besar, malah menyulitkan ketika melakukan tindakan. berhati2 menjaga ujung kateter, jangan sampai terkena baju yang tidak steril. indikator masuknya kateter tidak selalu dengan air keluar, kalau setelah 5 cm terus keluar padahal posisi balon masih di ureter maka berbahaya ketika langsung dikunci, idealnya pada wanita kateter masuk 1/2 nya."