

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.5 TA 2021/2022

21711125 - LUTFIA ZAHRA YANAYIR

STATION	FEEDBACK
KATETER	Secara umum sudah baik, sempat lupa membuka tutup gel namun dapat mengatasi dengan baik dan tenang. Dan saat memasukkan gel dalam spuit diperhatikan tangannya ya, jangan sampai terkena wadah gelnya karena wadah gel tidak steril.