

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711042 - HEKSA AULIA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent baik, sdh membersihkan area kulit dengan alkohol, sdh pasang gel di alat. pemasangan elektroda benar. sdh meminta pasien tdk bergerak saat perekaman. sudah membersihkan kulit dan alat dengan alkohol setelah pelepasan.