

## FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711090 - REISHA ABDUL

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	informed consent oke, persiapan pasien ok, persiapan alat ok, pemasangan dan pelepasan ok, cuci tangan sebelum dan sesudah ok, profesional ok, komunikasi ok
PEMERIKSAAN FISIK THORAX DAN JVP	batas atas jantung belum tepat. harusnya di linea sternalis kiri. px JVP harusnya kepala ditinggikan.